

## 神戸市指定定期検査機関の選定基準

### 1 実施計画

- ・ 全体的に無理のないスケジュールになっているか。【 適・否 】
- ・ はかり等の種別で、もれているものがないか。【 適・否 】
- ・ 集合検査の会場は、確保可能か。【 適・否 】
- ・ はかりの事前調査のことは計画に反映されているか。【 適・否 】
- ・ 不合格計量器の処置の事後確認及び不適正計量器使用者に対する事後確認をすることになっているか。【 適・否 】

### 2 応援体制

- ・ 応援に必要となる人数は、適切に確保できていることになっているか。  
【 適・否 】
- ・ 外部に応援を求める場合は、動員できる根拠がしっかりしているか。  
【 適・否 】
- ・ 「その他」の場合は、妥当な応援方法といえるか。【 適・否 】

### 3 個人情報

#### (1) 管理等について

- ・ 個人情報をもれなく把握できているか。【 適・否 】
- ・ 管理方法が適正であるか。【 適・否 】
- ・ 複数人で管理することになっているか。【 適・否 】

#### (2) 漏洩した場合について

- ・ 後続の漏れを防止することを考えているか。【 適・否 】
- ・ 漏洩件数や内容の重要度に応じて、適切な対処方法を検討しているか。  
【 適・否 】
- ・ 対処方法は具体的か。【 適・否 】

### 4 定期検査・代検査

- ・ 内容の誇張はないか。【 適・否 】
- ・ 代検査だけでも、それなりの実績はあるか。【 適・否 】